

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą przejezdną z licznikiem czasu pracy o poniższych parametrach?

Moc lampy [W] 72

Wersja lampy: dwufunkcyjna

Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

Funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni

Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C 2X36 W

Kolor: obudowa biały mat, front srebrny ocynkowany

Przepływ powietrza: 160 m³/h

Kubatura dezynfekowanego pomieszczenia ok 75 m³

Żywotność źródła światła: 9000 h

Zasięg działania lampy ok 25 m²

Moc pobierana 83VA

Typ obudowy IP 20

Rodzaj ochrony przed porażeniem I

Napięcie zasilania 220-240 V

Wymiary : 160 mm x 160 mm x 724 mm

Waga : 6,6 kg

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą przepływową JEDNOFUNKCYJNĄ do przepływowej dezynfekcji powietrza w obecności pacjentów i personelu.

Pytanie nr 2: Czy zamawiający poda termin realizacji lampy bakteriobójczej?

Odpowiedź: Termin dostarczenia lampy bakteriobójczej do dnia 23.12.2020 r.