

Pytanie nr 8: Fartuchy barierowe: Większość z norm zawartych w ofercie przy tej pozycji dotyczy środków ochrony indywidualnej, podczas gdy fartuchy chirurgiczne są wyrobem medycznym. A zatem nie spełnią: EN 14126, EN 14325 czy EN 14605. Spełnią natomiast normę im właściwą, a więc: 13795:2019-1. Czy przyjmą państwo taki produkt pomimo wymogów zawartych w ofercie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przyjmie produkt o normie 13795:2019-1.